

第八部分 技术要求及说明

一、项目总体要求

1、本项目各包均为交钥匙项目。

2、各包供应商对医用耗材按单价进行报价。各耗材所报单价（含首次报价）均不得超过磋商文件规定的限制单价、总预算及最高限价。再次报价高于上一次报价作为无效报价处理。

3、可报销产品需提供国家医保目录公示的 27 位医保编码，并确保医保编码真实、准确、无误。如成交后在使用过程中，凡由于医用耗材编码等信息错误导致采购人最终不能收费、串换、套用项目结算等情况而造成医保基金流失的，成交供应商负全部责任，同时采购人视影响严重程度有权终止合同。

4、供货期：自接到采购人通知之日起，72 小时内完成送货，急用物资供货时间不得超过 4 小时。

5、服务期限：（1）合作有效期壹年。（2）合作过程中，医院将对成交人的履约情况动态综合考评，考评满意而且在供货公司、供货品牌、价格、服务等核心内容没有负向偏离的前提下，可持续至壹年期结束，否则将随时终止合作并追究供货方的违约责任；壹年期结束后，如双方均有继续合作意向且原供货价格、售后服务保持不变的前提下，可以续签合同继续合作壹年，一切以满足医院供应需求为前提。

（3）供货渠道服从我院统一管理（集中配送和 SPD）

6、本次招标的项目，如为省招采平台采购内容，须提供省招采平台中关于相应耗材的页面截图，且价格不得超过省招采平台价格。

7.通过资格性审查和符合性审查的供应商有再次报价的机会，但每一次报价均应以书面形式确认。最终报价的单价根据总价**同比例下浮**。

二、分包明细及技术要求

包号	试剂、耗材名称	最高限制单价 (元/人份)	参考年用量 (人份)	合计(元)	总预算 (元)	参数要求	是否 允许 进口
A 包	ABO 正反定型及 RhD 血型定型试剂卡	34	25000	850000	992000	1. 临床用途：用于红细胞 ABO 血型系统的正定型、反定型和 RH 系统中 D 抗原的检测。 2. 可开展项目：ABO 正反定型、RHD 抗原检测 3. 检测原理：柱凝集原理 4. 试剂介质及成分：玻璃珠或凝胶介质，微柱组成，每一柱中含有缓冲液以及大分子增强剂等。 5. 血型分析用稀释液、仪器保养液、血型分析仪专用稀释杯免费赠送。 6. 可用于全自动血型分析仪，有效期大于 1 年，易于保存。	允许进口
	抗人球蛋白 (IgG, C3b/C3d) 检测卡	21.5 (3 孔/人份)	2000	43000		1. 临床用途：用于定性检测结合在红细胞表面的 IgG 或补体，用于科室不规则抗体筛查，交叉配血。协助科室快速、准确地给出血型鉴定及配血结果，保障病人手术用血。 2. 可开展项目：不规则抗体筛查，交叉配血 3. 检测原理：柱凝集原理 4. 试剂介质及成分：玻璃珠介质，每一柱中含有缓冲液以及大分子增强剂、抗人球蛋白、抗 IgG、抗 C3d 等。 5. 血型分析用稀释液、仪器保养液、血型分析仪专	

					<p>用稀释杯免费赠送。</p> <p>6. 可用于全自动血型分析仪，有效期大于1年，易于保存。</p>
	Rh 血型检测试剂卡	22.5	400	9000	<p>1. 临床用途：用于定性检测人静脉全血红细胞上的C（RH2）抗原、E（RH3）抗原、c（RH4）抗原、e（RH5）抗原检测。协助科室最大程度减少因输血引起特异性抗体产生的几率，降低输血风险，提高应急用血抢救能力。</p> <p>2. 可开展项目：RH 血型系统分型检测，包括 C、E、c、e 等抗原。</p> <p>3. 检测原理：柱凝集原理</p> <p>4. 试剂介质及成分：玻璃珠或凝胶介质，每一柱中含有缓冲液以及大分子增强剂等。</p> <p>5. 血型分析用稀释液、仪器保养液、血型分析仪专用稀释杯免费赠送。</p> <p>6. 可用于全自动血型分析仪，有效期大于1年，易于保存。</p>

	ABO/Rh 血型复 检卡	15	6000	90000	<p>1. 临床用途：用于红细胞 ABO 血型系统的正定型、反定型和 RH 系统中 D 抗原的检测。</p> <p>2. 可开展项目：ABO 正反定型、RHD 抗原检测</p> <p>3. 检测原理：柱凝集原理</p> <p>4. 试剂介质及成分：玻璃珠或凝胶介质，微柱组成，每一柱中含有缓冲液以及大分子增强剂等。</p> <p>5. 血型分析用稀释液、仪器保养液、血型分析仪专用稀释杯免费赠送。</p> <p>6. 可用于全自动血型分析仪，有效期大于 1 年，易于保存。</p>
--	------------------	----	------	-------	--

注：1. 产品必须为“山东省医用耗材集中采购平台”范围内，价格不高于省挂网价格。

2. 此报价包含完成手术所必须的其他耗材、器械消毒、伴随服务等。

3. 备注中标注“允许进口”可提供进口产品，但不得排斥国产产品。

4. 未标注“允许进口”只能提供国产产品，提供进口产品的为无效投标。

5. 需整包响应，否则视为无效投标。

6. 标※的，招标现场携带样品。