

技术要求及说明

一、总体要求

- 1、本项目为交钥匙项目。
- 2、到货后验收发现外箱破损或受潮、污染的，供应商须免费更换此产品。如产品出现问题用户通知供应商后应在 24 小时内答复，并尽快解决问题。
- 3、本项目所报产品须为山东省药品和医用耗材招采系统挂网产品，厂家支持勾选配送，提供系统挂网截图。
- 4、各耗材所报单价均不得超过最高限价（预算单价），否则按无效报价处理。
- 5、供货时，成交供应商须提供制造商或可追溯到制造商的完整产品授权，授权链必须完整可追溯。
- 6、所有耗材应全部提供样品。

二、采购项目情况

包号	耗材名称	单价合计预算（元）
4	手臂吊带等	2810.00

三、整体技术要求

1.原料辅料

- 1.1 绒布：应符合 FZ 66105 中的规定，且对人体无任何负作用。
- 1.2 缝线：应选用适合产品面料质量的缝线，其色泽应与面料相适宜，对人体无任何负作用。
- 1.3 塑料件、拉绳、魔术贴等：应成型良好、结构完整、无锐边、毛刺、缺损、明显变形，且对人体无毒、无害。
- 1.4 锦丝搭扣带：织造质量好，勾面排列整齐，切勾角度固定，应符合 FZ 66315 的规定，对人体无任何负作用。

1.5 泡沫塑料：应符合 GB /T10802 中的规定，且对人体无任何负作用。

2.外观质量

- 2.1 泡沫整体对称、厚薄均匀、表面光洁、平整，通气孔均匀对称，不得有飞边、毛刺、锋棱。
- 2.2 所用尼龙粘扣、魔术贴分布均匀、粘接牢固，布料、线带、海绵缝合牢固、缝边要顺直、无明显皱褶、浮线，针距均匀，无漏缝、无跳针或脱线。

2.3 所用塑料板、泡沫、铝条、钢条、高低温板材、铝合金应表面光滑、洁净、无毛刺，固定铆钉牢固、并不对材质的弯度产生影响。

2.4 产品的外表和内表以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。支架表面处理良好，无锐边、锐丝。

2.5 粘合部位牢固服贴。

2.6 支架弯曲弧度应符合技术要求件的要求，不易变形折断。

3. 纺织面料的安全要求

产品在使用中与皮肤直接接触的纺织面料应符合 GB 18401-2010 B 类产品的要求。

4. 产品是根据人体不同部位的曲线设计，符合人体工学设计，贴身舒适，可达到理想的支撑力度及固定效果。使用简单，调节方便、快捷。

四、技术参数要求

4包 手臂吊带等

序号	产品名称	参考规格型号	单位	是否需要医保码	预算单价(元)
1	手臂吊带	成品可调，均码	具	是	130
2	肱骨髁间固定支具	前臂超关节支具（超肘），泡沫，大中小号	具	是	90
3	前臂固定支具	前臂支具（直型），泡沫，大中小号	具	是	60
4	桡骨固定支具	桡骨腕部支具（直型），泡沫，大中小号	具	是	60
5	膝部下肢固定支具	髁间支具(泡沫)，大中小号	具	是	80
6	踝骨固定支具	踝关节支具（泡沫），大中小号	具	是	60
7	股胫腓固定支具	股胫腓支具（泡沫），大中小号	具	是	60
8	胫腓超踝固定支具	胫腓超踝支具（泡沫），大中小号	具	是	60
9	前臂超关节固定支具	前臂超关节支具，泡沫，大中小号	具	是	80
10	股骨固定支具	股骨支具（泡沫），大中小号	具	是	80
11	超肩外科颈固定支具	超肩支具（泡沫），大中小号	具	是	80
12	腕关节矫形器	成品可调，S/M/L	具	是	150

山东第一医科大学第二附属医院高度可调头颈胸矫形器等耗材采购项目（61287）

序号	产品名称	参考规格型号	单位	是否需要医保码	预算单价(元)
13	踝足矫形器	硬性成品可调	具	是	540
14	后足免负重鞋	大、中、小号	具	是	160
15	前足免负重鞋	大、中、小号	具	是	160
16	平足病鞋垫	成人、儿童（大、中、小号）	具	是	60
17	膝踝足固定矫形器	定制不带活动关节	具	是	850
18	普通颈托	大、中、小号，不可调	具	是	50
单价合计			2810 元		