技术要求及说明

一、项目总体说明

- 1、本项目为交钥匙项目。
- 2、分包明细表中“是否允许进口”标记为“是”的均允许进口产品参与报价，但不限制国内同类产品；标记为“否”的不允许进口产品参与报价。
- 3、本采购需求系参考市场多个主流品牌制定，仅代表采购人对质量的要求，不代表该名词被指定，因此不保证完全符合或者偏离某个具体品牌，可能涉及的某品牌极个性化描述，均不作为对产品的特定要求，仅作为最低要求。供应商可提供相当于或者优于该参数的产品，满足临床需求。

二、分包明细表

包号	分包名称	是否允许进口	预估数量	单价最高限价
1	医用手术薄膜	否	3500 包/年	95.00 元/包

三、售后及其他要求

- 1、成交供应商负责送货上门，并承担运费等相关费用。
- 2、产品质量应符合国家规定的标准，并与报价时承诺的质量相一致，以确保使用安全有效。
- 3、因质量问题需要退换货的，供应商须在 6 小时内响应，24 小时内解决。

四、技术参数要求

- 1、产品器械注册证产品名称含“医用手术薄膜”字样。
- 2、材质：复合无纺布材质 $\geq$ 三~四层，阻菌、隔水、防渗透。
- 3、无菌纸塑包装。
- 4、规格：长 $\geq$ 3.0m；宽 $\geq$ 2.0m。
- 5、术野孔径包含但不限于 12cm $\times$ 16cm 等，按采购人要求配货。
- 6、手术野两侧配置加厚塑料接水袋，长 $\times$ 宽 $\geq$ 1.2 $\times$ 1.2m，接水袋下方设置出水口。
- 7、手术薄膜的上端边缘带双面胶。
- 8、手术切口处有加强设计，具较强吸水性。
- 9、产品具有 27 位医保编码，且在医保编码国家平台上有效。