

技术要求及说明

一、项目总体说明

- 1、本项目为交钥匙项目。
- 2、分包明细表中“是否允许进口”标记为“是”的均允许进口产品参与报价，但不限制国内同类产品；标记为“否”的不允许进口产品参与报价。
- 3、本采购需求系参考市场多个主流品牌制定，仅代表采购人对质量的要求，不代表该名词被指定，因此不保证完全符合或者偏离某个具体品牌，可能涉及的某品牌极个性化描述，均不作为对产品的特定要求，仅作为最低要求。供应商可提供相当于或者优于该参数的产品，满足临床需求。

二、分包明细表

包号	分包名称	是否允许进口	数量	预算（万元）
1	腹腔镜减重手术器械	否	1 宗	29.00

三、售后及其他要求

成交供应商负责送货上门，并承担运费等相关费用。

四、技术参数要求

序号	名称	数量	单价限价 (元)	适用范围	参数	样品要求
1	无创抓钳	6 把	4400	适用于内窥镜下的手术	1、双动钳夹，直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ ，钳头张开角度 $\geq 50^\circ$ 。 2、医用不锈钢材质。 3、可旋转，可分三拆/二拆分体机构。 4、夹持不滑脱。	是
2	胃抓钳	6 把	4400	适用于内窥镜下的手术	1、双动钳夹，直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ ，钳头张开角度 $\geq 50^\circ$ 。 2、医用不锈钢材质。 3、可旋转，可分三拆/二拆分体机构。 4、夹持不滑脱。	是
3	肠抓钳	4 把	4400	适用于内窥镜下的手术	1、双动钳夹，直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ ，钳头张开角度 $\geq 50^\circ$ 。 2、医用不锈钢材质。 3、可旋转，可分三拆/二拆分体机构。 4、夹持不滑脱。	是
4	单极吸引器	4 支	4400	适用于内窥镜下的手术	1、带电凝、棒状、多孔，直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ 。棒状电极可冲吸。 2、医用不锈钢材质。 3、按压式吸引阀。	
5	双极电凝钳	2 把	4200	适用于内窥镜下的手术	1、双动（弯头）直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ ，用于高频能量设备，可 360 度旋转，双动钳夹，钳口带固定关节。 2、医用不锈钢材质。 3、三拆分体机构。	

序号	名称	数量	单价限价 (元)	适用范围	参数	样品要求
		2 把	4200	适用于内窥镜下的手术	1、精细（弯头），直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ ，用于高频能量设备，可 360 度旋转，双动钳夹，钳口带固定关节。 2、医用不锈钢材质。 3、三拆分体机构。	
6	持针钳	2 把	5700	适用于内窥镜下的手术	1、直头，直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ ，O 型手柄带锁扣。 2、医用不锈钢材质。	是
		2 把	5700	适用于内窥镜下的手术	1、弯头，直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ ，O 型手柄带锁扣。 2、医用不锈钢材质。	
		2 把	5700	适用于内窥镜下的手术	1、直头，直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ ，V 型手柄带锁扣。 2、医用不锈钢材质。	
		2 把	5700	适用于内窥镜下的手术	1、弯头，直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ ，V 型手柄带锁扣。 2、医用不锈钢材质。	是
7	电凝	4 把	1800	适用于内窥镜下的手术	1、单极电凝、直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ ，钩状。 2、医用不锈钢材质。	
8	分离钳	4 把	4400	适用于内窥镜下的手术	1、双动钳夹，弯分离钳、钳头长 $\geq 17\text{mm}$ ，直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ 。 2、医用不锈钢材质。 3、可旋转，可分三拆/二拆分体机构。	是
9	腹腔镜内窥镜	2 条	15000	适用于内窥镜下的手术	1、内镜直径 10mm,视野方向: 30°，工作长度 450mm。 2、可连接到医院现有的 Storz 高清腹腔镜系统。	
10	鼠牙抓钳	2 把	4200	适用于内窥镜下的手术	1、双动钳夹，2+4 齿双动，直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ ，钳头张开角度 $\geq 50^\circ$ 。 2、医用不锈钢材质。 3、可旋转，可分三拆/二拆分体机构。	是

序号	名称	数量	单价限价 (元)	适用范围	参数	样品要求
11	施夹器	2 把	2800	适用于内窥镜下的手术	1、施夹器直径 10mm，工作长度 450mm。配大号生物夹使用。 2、医用不锈钢材质。 3、可旋转。	
		2 把	2800	适用于内窥镜下的手术	1、施夹器直径 10mm，工作长度 450mm。配中号生物夹使用。 2、医用不锈钢材质。 3、可旋转。	是
		2 把	2800	适用于内窥镜下的手术	1、施夹器直径 5mm，工作长度 450mm。配小号生物夹使用。 2、医用不锈钢材质。 3、可旋转。	
12	剪刀	2 把	4400	适用于内窥镜下的手术	1、弯剪刀（双动），直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ 。 2、医用不锈钢材质。 3、可旋转，可分三拆/二拆分体机构。	是
	剪刀	2 把	4400	适用于内窥镜下的手术	1、弯剪刀（单动），直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ 。 2、医用不锈钢材质。 3、可旋转，可分三拆/二拆分体机构。	
13	腹壁缝合钳	10 把	4600	适用于内窥镜下的手术	1、带冲洗疝气针、分体式，针长 $\geq 150\text{mm}$ （除外针柄）、针直径 1.5mm、可注水。 2、医用不锈钢材质。	是
14	气腹针	2 支	1200	适用于内窥镜下的手术	1、直径 2.2mm，工作长度 $\geq 200\text{mm}$ 。 2、医用不锈钢材质。	是

注：1、供应商所报单价超过限价的，按无效报价处理。2、样品提供数量：1 把（支）。