

## 技术要求及说明

### 一、项目总体说明

1、本项目为交钥匙项目。

2、分包明细表中“是否允许进口”标记为“是”的均允许进口产品参与报价，但不限制国内同类产品；标记为“否”的不允许进口产品参与报价。

3、本采购需求系参考市场多个主流品牌制定，仅代表采购人对质量的要求，不代表该名词被指定，因此不保证完全符合或者偏离某个具体品牌，可能涉及的某品牌极个性化描述，均不作为对产品的特定要求，仅作为最低要求。供应商可提供相当于或者优于该参数的产品，满足临床需求。

### 二、分包明细表

| 包号 | 分包名称      | 是否允许进口 | 数量  | 预算（万元） |
|----|-----------|--------|-----|--------|
| 1  | 腹腔镜减重手术器械 | 否      | 1 宗 | 29.00  |

### 三、售后及其他要求

成交供应商负责送货上门，并承担运费等相关费用。

#### 四、技术参数要求

| 序号 | 名称    | 数量  | 单价限价<br>(元) | 适用范围       | 参数                                                                                                                              | 样品要求 |
|----|-------|-----|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 无创抓钳  | 6 把 | 4400        | 适用于内窥镜下的手术 | 1、双动钳夹，直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ ，钳头张开角度 $\geq 50^\circ$ 。<br>2、医用不锈钢材质。<br>3、可旋转，可分三拆/二拆分体机构。<br>4、夹持不滑脱。 | 是    |
| 2  | 胃抓钳   | 6 把 | 4400        | 适用于内窥镜下的手术 | 1、双动钳夹，直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ ，钳头张开角度 $\geq 50^\circ$ 。<br>2、医用不锈钢材质。<br>3、可旋转，可分三拆/二拆分体机构。<br>4、夹持不滑脱。 | 是    |
| 3  | 肠抓钳   | 4 把 | 4400        | 适用于内窥镜下的手术 | 1、双动钳夹，直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ ，钳头张开角度 $\geq 50^\circ$ 。<br>2、医用不锈钢材质。<br>3、可旋转，可分三拆/二拆分体机构。<br>4、夹持不滑脱。 | 是    |
| 4  | 单极吸引器 | 4 支 | 4400        | 适用于内窥镜下的手术 | 1、带电凝、棒状、多孔，直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ 。棒状电极可冲吸。<br>2、医用不锈钢材质。<br>3、按压式吸引阀。                                 |      |
| 5  | 双极电凝钳 | 2 把 | 4200        | 适用于内窥镜下的手术 | 1、双动（弯头）直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ ，用于高频能量设备，可 360 度旋转，双动钳夹，钳口带固定关节。<br>2、医用不锈钢材质。<br>3、三拆分体机构。             |      |

| 序号 | 名称     | 数量  | 单价限价<br>(元) | 适用范围       | 参数                                                                                                                          | 样品要求 |
|----|--------|-----|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |        | 2 把 | 4200        | 适用于内窥镜下的手术 | 1、精细（弯头），直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ ，用于高频能量设备，可 360 度旋转，双动钳夹，钳口带固定关节。<br>2、医用不锈钢材质。<br>3、三拆分体机构。        |      |
| 6  | 持针钳    | 2 把 | 5700        | 适用于内窥镜下的手术 | 1、直头，直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ ，O 型手柄带锁扣。<br>2、医用不锈钢材质。                                                | 是    |
|    |        | 2 把 | 5700        | 适用于内窥镜下的手术 | 1、弯头，直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ ，O 型手柄带锁扣。<br>2、医用不锈钢材质。                                                |      |
|    |        | 2 把 | 5700        | 适用于内窥镜下的手术 | 1、直头，直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ ，V 型手柄带锁扣。<br>2、医用不锈钢材质。                                                |      |
|    |        | 2 把 | 5700        | 适用于内窥镜下的手术 | 1、弯头，直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ ，V 型手柄带锁扣。<br>2、医用不锈钢材质。                                                | 是    |
| 7  | 电凝     | 4 把 | 1800        | 适用于内窥镜下的手术 | 1、单极电凝、直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ ，钩状。<br>2、医用不锈钢材质。                                                    |      |
| 8  | 分离钳    | 4 把 | 4400        | 适用于内窥镜下的手术 | 1、双动钳夹，弯分离钳、钳头长 $\geq 17\text{mm}$ ，直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ 。<br>2、医用不锈钢材质。<br>3、可旋转，可分三拆/二拆分体机构。    | 是    |
| 9  | 腹腔镜内窥镜 | 2 条 | 15000       | 适用于内窥镜下的手术 | 1、内镜直径 10mm,视野方向: 30°，工作长度 450mm。<br>2、可连接到医院现有的 Storz 高清腹腔镜系统。                                                             |      |
| 10 | 鼠牙抓钳   | 2 把 | 4200        | 适用于内窥镜下的手术 | 1、双动钳夹，2+4 齿双动，直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ ，钳头张开角度 $\geq 50^\circ$ 。<br>2、医用不锈钢材质。<br>3、可旋转，可分三拆/二拆分体机构。 | 是    |

| 序号 | 名称    | 数量   | 单价限价<br>(元) | 适用范围       | 参数                                                                                             | 样品要求 |
|----|-------|------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 11 | 施夹器   | 2 把  | 2800        | 适用于内窥镜下的手术 | 1、施夹器直径 10mm，工作长度 450mm。配大号生物夹使用。<br>2、医用不锈钢材质。<br>3、可旋转。                                      |      |
|    |       | 2 把  | 2800        | 适用于内窥镜下的手术 | 1、施夹器直径 10mm，工作长度 450mm。配中号生物夹使用。<br>2、医用不锈钢材质。<br>3、可旋转。                                      | 是    |
|    |       | 2 把  | 2800        | 适用于内窥镜下的手术 | 1、施夹器直径 5mm，工作长度 450mm。配小号生物夹使用。<br>2、医用不锈钢材质。<br>3、可旋转。                                       |      |
| 12 | 剪刀    | 2 把  | 4400        | 适用于内窥镜下的手术 | 1、弯剪刀（双动），直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ 。<br>2、医用不锈钢材质。<br>3、可旋转，可分三拆/二拆分体机构。 | 是    |
|    | 剪刀    | 2 把  | 4400        | 适用于内窥镜下的手术 | 1、弯剪刀（单动），直径 $\leq 5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 450\text{mm}$ 。<br>2、医用不锈钢材质。<br>3、可旋转，可分三拆/二拆分体机构。 |      |
| 13 | 腹壁缝合钳 | 10 把 | 4600        | 适用于内窥镜下的手术 | 1、带冲洗疝气针、分体式，针长 $\geq 150\text{mm}$ （除外针柄）、针直径 1.5mm、可注水。<br>2、医用不锈钢材质。                        | 是    |
| 14 | 气腹针   | 2 支  | 1200        | 适用于内窥镜下的手术 | 1、直径 2.2mm，工作长度 $\geq 200\text{mm}$ 。<br>2、医用不锈钢材质。                                            | 是    |

注：1、供应商所报单价超过限价的，按无效报价处理。2、样品提供数量：1 把（支）。